

SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Kohéziós Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást elsődlegesen **fax útján** bocsátja rendelkezésre. Amennyiben bármely ajánlattevő kéri, azt ajánlatkérő email útján is megküldi.

MOHÁCSI KÓRHÁZ EFOP-2.2.18-17-2017-00013

Kifejezetten kérjük, hogy a kiegészítő tájékoztatás kézhezvételét Ajánlatkérő részére visszaigazolni szíveskedjenek!

Kiegészítő tájékoztatás I.

„Adásvételi szerződés az EFOP-2.2.18-17-2017-00013 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó betegbiztonság növelését célzó berendezések (víz és légfertőtlenítők, sterilizálók, kézfertőtlenítők, és kézfertőtlenítő technika megfelelőségét mérő rendszer) leszállítása, és üzembe helyezése, továbbá a jótállási időn belüli karbantartási és szerviz tevékenység ellátása”

Tisztelt Ajánlattevő!

A Mohácsi Kórház által indított „Adásvételi szerződés az EFOP-2.2.18-17-2017-00013 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó betegbiztonság növelését célzó berendezések (víz és légfertőtlenítők, sterilizálók, kézfertőtlenítők, és kézfertőtlenítő technika megfelelőségét mérő rendszer) leszállítása, és üzembe helyezése, továbbá a jótállási időn belüli karbantartási és szerviz tevékenység ellátása” tárgyú 19664/2017 KÉ iktatószámú – Közbiztosítási Értesítő szám: 2018/4; közzététel dátuma: 2018.01.05. / TED 2018/S 003-002795) közbiztosítási eljárás kapcsán beérkezett kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmeket az alábbiak szerint válaszolja meg.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a kiegészítő válasz adására a Kbt. 56. §. szerint, az ott meghatározott határidők betartásával kerül sor. Mivel Ajánlatkérő a válaszokat határidőben megadja, illetve a közbiztosítási dokumentum módosítására nem kerül sor, így Ajánlatkérő kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlattételi határidő nem változik.

Dr. Bálint Tamás
felelős alvállalkozó
szaktanácsadó
tájszám: 00072

Ajánlatkérő felhívja továbbá a Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét arra, hogy a közbeszerzési dokumentum tartalma, így a műszaki specifikáció kialakítása tekintetében a támogatást biztosító pályázat elvárásait, így a pályázat mellékletében meghatározott műszaki ajánlásokat is be kell tartania.

Ajánlatkérő mindezen felül felhívja a figyelmet a közbeszerzési dokumentumban is megtalálható következő előírásra:

„Egyenértékűség: A közbeszerzési eljárás műszaki leírásában és egyéb dokumentumaiban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő utalás esetén az ilyen jellegű megnevezés mellé a „vagy azszal egyenértékű” kifejezést is oda kell érteni. A meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való utalás ugyancsak a tárgy egyértelmű beazonosítását szolgálja, az ajánlatkérő ezekkel egyenértékű minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseket is elfogad. Egyenértékű típus megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel kell bizonyítsa, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek. [321/2015. (X.30.) kormányrendelet 46. § (3)-(6) bekezdés].

Ajánlatkérő az egyenértékűség megállapításához szükséges műszaki adatok ajánlatban történő feltüntetését írja elő. Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűség körében a termékek műszaki leírásban szereplő műszaki paramétereit vizsgálja.”

Az alábbiakban kérdés – válasz sorrendben adja meg Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást:

I. Kiegészítő tájékoztatás kérés:

A „Gurulás hordtáska vagy bőrönd a könnyebb mozgatás érdekében” feltétellel kapcsolatban kérdezzük, hogy a könnyebb mozgatást miért szükséges gurulás hordtáskához, vagy bőröndhöz kötni. Piaci forgalomban léteznek olyan termékek is, melyeknek kis mérete, könnyű súlya, kompakt, könnyen hordozható kivitele a könnyebb mozgatást eleve lehetővé teszi gurulás hordtáska, vagy bőrönd nélkül is. Kérdezzük, hogy a könnyű mozgathatóság feltételt más módon teljesítő termékek elfogadhatóak-e, a „gurulás hordtáska, vagy bőrönd” hiánya kizáró tényezőnek minősül-e. Véleményünk szerint ez a feltétel a verseny indokolatlan korlátozásához vezethet.

I. Válasz:

A közbeszerzési dokumentum tartalmának meghatározása, beleértve a műszaki specifikációt is Ajánlatkérő feladat és érdekkörébe esik. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumot nem módosítja. Ajánlatkérő bármely kereskedelmi forgalomban kapható gurulás hordtáskát vagy bőröndöt elfogad, melyben a készülék elfér, biztonságosan tárolható és hordozható.

II. Kiegészítő tájékoztatás kérés:

Súlyozó szempontként szerepel, hogy a készülék „Adagolószivattyúval biztosított fertőtlenítőszer adagolása” plusz 10 pontot jelent az értékeléskor. Kérdezzük, hogy a kiírás miatt részesít előnyben egy konkrét technikai megoldást. A porlasztás előírt cseppméretét és az adagolás pontosságát egyéb, más elven működő, magas színvona-

SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Kohéziós Alap



BEFECTETÉS A JÖVŐBE

lú technikai megoldások is biztosítani tudják. Álláspontunk szerint ez a súlyozó szempont a verseny indokolatlan befolyásolásához vezethet.

II. Válasz:

A közbeszerzési dokumentum tartalmának meghatározása, beleértve a műszaki specifikációt is Ajánlatkérő feladat és érdekkörébe esik. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumot nem módosítja. Az adagoló szivattyú magasabb technológiai színvonalat képviselő megoldás, az aeroszol folyamatos, egyenletes koncentrációjú megoldását biztosítja, ezért részesül többlet műszaki súlyszámmal.

III. Kiegészítő tájékoztatás kérés:

Súlyozó szempontként szerepel, hogy a készülék „Állítható, 360°-ban körbe forgatható fúvókája” plusz 10 pontot jelent az értékeléskor. Ez a kiírási szempont véleményünk szerint egy konkrét technikai megoldásra vonatkozik, más technikai megoldások esetében a fertőtlenítés hatékonysága nem függ a fúvóka forgathatóságától. A jó hatékonyság előfeltétele, hogy a kifújt szer gázneművé alakulva teljes mértékben és egyenletesen kitöltse a tereket, melyet a piacon elérhető más technikai megoldásokkal is biztosítani lehet. Álláspontunk szerint e súlyozó szempont a verseny indokolatlan befolyásolásához vezethet.

III. Válasz:

A közbeszerzési dokumentum tartalmának meghatározása, beleértve a műszaki specifikációt is Ajánlatkérő feladat és érdekkörébe esik. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumot nem módosítja. Ajánlatkérő hatékonyabb és egyszerűbben állítható megoldásnak tartja, ha a bepermetezett, porlasztott fertőtlenítőszer egy állítható, 360 fokban körbe forgatható fúvókával fújja be, mellyel biztosítja a kisméretű zárt terek, üregek, nehezen hozzáférhető terek fertőtlenítését is.

IV. Kiegészítő tájékoztatás kérés:

Kérdezzük, a műszaki leírásban miért szerepel, hogy biocid 4. és 5. terméktípusban is engedélyezett fertőtlenítőszerrel kell a készüléket megajánlani. A biocid 5. terméktípus szerinti engedélyezés „Emberek és állatok ivóvizének fertőtlenítésére használt termékekre”, míg a biocid 4. terméktípus „Élelmiszer és takarmány közelében használt termékekre” vonatkozik. Az ajánlati felhívásban szereplő hidegködös légfertőtlenítő berendezésekkel kifújandó szereknek az egészségügyi intézmények kórterméiben való alkalmazásához biocid 2. terméktípusban szükséges engedéllyel kell rendelkezniük.

Dr. Bálint Tamás
felelős aljeleltett közbeszerzési
szakértő
lajstromszám: 00072

IV. Válasz:

A közbeszerzési dokumentum tartalmának meghatározása, beleértve a műszaki specifikációt is Ajánlatkérő feladat és érdekkörébe esik. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumot nem módosítja. Ajánlatkérő a műszaki leírásában egy általános az eszköz kipróbálására és beüzemelésére alkalmas induló készletű fertőtlenítőszer szerepeltetette feltételként a műszaki leírásban. Az egészségügyi intézmények kórterméinek fertőtlenítésére a Tisztelt Gazdasági Szereplő által engedélyezett 2. terméktípusú biocid fertőtlenítőszerrel történő üzemelést is elvárja. Az eszközt a kórházban nemcsak kórtermék fertőtlenítésére kívánja használni, hanem a lehető legtöbb helyen alkalmazni, ahol csak lehet, például konyha üzemtől, műtőn át, egészen a patológiáig stb... A működéshez szükséges, és az egyes területekre megfelelő fertőtlenítőszer beszerzése nem ennek a közbeszerzésnek a tárgya.

V. Kiegészítő tájékoztatás kérés:

Kérdezzük, elvárás-e, hogy a megajánlott készülékek használható fertőtlenítő szer, ill. szerek ÁNTSZ/OTH (jelenleg: Emberi Erőforrások Minisztériuma Országos Tisztifőorvosi Feladatokért Felelős Helyettes Államtitkárság Kórházhigiénés és Járványügyi Felügyeleti Főosztály) engedélye és engedélyezett felhasználási módja a megajánlott készülékekkel történő ködképzéses kijuttatásra is vonatkozzon. Nemleges válasz esetén kérjük annak indoklását.

V. Válasz:

A közbeszerzési dokumentum tartalmának meghatározása, beleértve a műszaki specifikációt is Ajánlatkérő feladat és érdekkörébe esik. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumot nem módosítja. Ajánlatkérő a műszaki táblázatban szereplő feltételeknek megfelelő készüléket vár el, 1 feltételre elegendő ajánlati feltételeknek megfelelő fertőtlenítő szerrel. A működéshez szükséges, és az egyes területekre megfelelő fertőtlenítőszer beszerzése nem ennek a közbeszerzésnek a tárgya.

VI. Kiegészítő tájékoztatás kérés:

A „légsterilizáló berendezés kórtermekhez” esetében kizárólag légcserre elven működő készülékek fogadhatóak-e el, mivel más, nem légcserés elven működő, hasonló hatékonyságú légtechnikai fertőtlenítő rendszerek is forgalomban vannak és képesek elérni a kívánt fertőtlenítő hatást. Véleményünk szerint a légcserre elven való működés kikötése a versenyt indokolatlan mértékben korlátozza.

VI. Válasz:

A közbeszerzési dokumentum tartalmának meghatározása, beleértve a műszaki specifikációt is Ajánlatkérő feladat és érdekkörébe esik. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumot nem módosítja. Az intézmények számára kiírt pályázat mellékletében szereplő ajánlások alapján került megfogalmazásra az adott feltétel, amely biztosítja a nagy hatékonyságú filter és vegyszermentes légfertőtlenítést még a nagy forgalmú közösségi terek esetében is. A légcserre elvén működő készülék megsemmisítik a levegőben megtalálható vírusokat, baktériumokat, penészgomba spórákat és szerves illékony anyagokat. A beszerezni kívánt eszközökkel szembeni alapelvárás, hogy az ápolási terekben történő folyamatos használata mellett, valós és jelentős csökkenést eredményezzen a kórházi eredetű fertőzési esetszámokban.

Jelen esetben a készüléknek úgy kell működnie, hogy a fertőtleníteni kívánt helyiségekben a személyzet, betegek benn tartózkodnak, így olyan fertőtlenítő eljárás nem is jöhetne szóba, ami a csíraszámot úgy csökkenti, hogy például germicid lámpával a benntartózkodók szövetét, sejtjét is

SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Kohéziós Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

rombolná. A kiírt technológia egyben igazodik is az egészségügyi intézmények mesterséges levegőellátására vonatkozó szabványban leírtaknak, például a műtők légtechnikája, helyiség folyamatos használat mellett fertőtlenítése is ezen elven alapul, azzal a különbséggel, hogy ott alapelvárás még a Hepafilter használata.

VII. Kiegészítő tájékoztatás kérés:

A minimum elvárások között szereplő „Precíziós gyártású fémház fertőtleníthető bevonattal” kitétel esetében, amennyiben a termék nem fémházas, az kizáró oknak tekintendő-e. A piacon többféle burkolatú, biztonsági és tartóssági szempontból minimum egyenértékű termék van forgalomban. E szempont (bevonat) indokolatlanul szűkíti a tenderen való részvétel lehetőségét.

VII. Válasz:

A közbeszerzési dokumentum tartalmának meghatározása, beleértve a műszaki specifikációt is Ajánlatkérő feladat és érdekkörébe esik. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumot nem módosítja. A fémházas kivitel magasabb minőséggel, nagyobb mechanikai ellenálló képességgel bír szemben egy műanyag vagy egyéb megoldású kivittel szemben. A berendezést legalább 8 évig folyamatosan működtetni szeretné az intézmény, ennek megfelelően a beruházási költsége is sokkal nagyobb szemben egy egyszerű adagolónál, ezért az intézmény az eddigi tapasztalatait felhasználva a fémházas kivitel tartja elfogadhatónak. Ajánlatkérő álláspontja szerint a versenykorlátozás nem áll fenn, hiszen több gyártó, több terméke megfelel a műszaki elvárásoknak, ami az európai piacon szabadon beszerezhető bárki által.

VIII. Kiegészítő tájékoztatás kérés:

Kérdezzük, szakmai és költséghatékonysági szempontból mi indokolja, hogy az egyes, eltérő célt szolgáló, más elven működő termékekre (Hidegködös légfertőtlenítő berendezés, ill. légsterilizáló berendezés kórtermekhez) nem lehetséges külön részként pályázni. A különböző célt szolgáló termékek összekapcsolása eleve kizárja a versenyből azon potenciális szállítókat, melyek csak az egyik terméket tudják biztosítani.

VIII. Válasz:

A közbeszerzési dokumentum tartalmának meghatározása, beleértve a műszaki specifikációt is Ajánlatkérő feladat és érdekkörébe esik. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumot nem módosítja. Ajánlatkérő biztosította a nem azonos szakmai részekhez tartozó eszközök részajánlat tételi lehetőségét. Az 1. részben a vízkezeléssel kapcsolatos rendszer eszközeit csoportosította össze. 2.

Dr. Bálint Tamás
felelős akkreditált közbeszerzési
szakértő
lajstromszám: 00072

részben a levegő fertőtlenítéssel kapcsolatos rendszerek eszközeit csoportosította össze. 3. részben a kézhigiéniával kapcsolatos rendszer eszközeit csoportosította össze. Ennek megfelelően a Kbt. a 61. § (4) bekezdését megvizsgálta, annak teljes tudatában alakította ki a részajánlati lehetőségeket. Megjegyezzük a kiegészítő tájékoztatás célja és rendeltetése nem Ajánlatkérő számonkérése az általa meghatározott műszaki tartalom miatt.


Dr. Komlódi András helyett

Dr. Bálint Tamás

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

lajstromszám: 00072

Mohácsi Kórház

Ajánlatkérő képviseletében

Dr. Bálint Tamás
felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó
lajstromszám: 00072